

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ” АД

гр. Търговище, кв. “Запад”

тел. 0601 6 88 88, факс 6 48 64

e-mail: mbal_trg@mail.bg



Intertek

Изх.№28-00-424/19.10.2016г.

Във връзка с постъпило запитване от кандидат относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД”, Възложителя прави следното уточнение:

1. В техническата спецификация за обособена позиция 1, подпозиция №68 „Затворена система за вземане на венозна кръв”, ред 1 „да има възможност за ползване на обикновени игли” се касае за стандартна затворена система за вземане на венозна кръв.

С УВАЖЕНИЕ
ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Д-Р И. СВЕТУЛКОВ/

