

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ” АД
гр. Търговище, кв. “Запад”

тел. 0601 6 88 88, факс 6 48 64

e-mail: mba1_trg@mail.bg

изх.№ 28-00-71/06.02.2020 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ

Уважаеми г-не/г-жо,

Във връзка с постъпило писмо № 28-00-71/05.02.2020 г., в което се поставя следния въпрос:

„Ще приеме ли възложителя, ако се оферират затворени системи за вземане на кръв, при които луер накрайника не е с подвижно капаче?“

Възложителят приема възможността луер накрайника да не е с подвижно капаче.

С УВАЖЕНИЕ
ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Д-Р ИВ. СВЕТУЛКОВ/

