

ПРОТОКОЛ № 2 от 19.03.2019 год.

На 19.03.2019 г., комисията по откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пет броя хемодиализни апарата за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД”, определена със Заповед № РД-15-196/14.03.2019г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище:

Председател: инж.Иван Иванов-РНАСД

Членове:

1. Николай Стойчев - РНИД
2. д-р Юлияна Дончева– лекар, началник „Отделение по хемодиализа”
3. Десислава Здравкова – юристконсулт
4. Мариела Борисова – Икономист – организация и управление

се събра в пълен състав и продължи своята работа по разглеждане на документите по същество, оценката и класирането на постъпилите оферти в обявеното публично състезание, което се провежда по условията и реда на ЗОП.

Комисията констатира следното:

По отношение на съответствието с техническите изисквания, заложи от Възложителя в публикуваната в тръжната документация техническата спецификация, и съгласно приложенияте от Участника „Марвена Диагностика” ЕООД документи за удостоверяване на съответствието беше установено следното:

2. В т. 5 от техническата спецификация, Възложителят е зложил изискването апаратите да са оборудвани с централна спирачка с възможност за блокиране на всички колелета на апарата с едно движение

От представените от Участника доказателства се установява, **че предлаганият апарат не разполага с централна спирачка на ходовата част, като от приложения материал става ясно, че се касае за отделни спирачки на всяко от колелата.**

3. В т. 17 от техническата спецификация, Възложителят е зложил изискването апаратите да могат да изобразяват и преизчисляват ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия.

В представените от Участника доказателства липсват данни в потвърждение на изискването за възможността за преизчисляване на ефективния кръвен поток, когато се използват различни сегменти на кръвната линия.

1. В т. 22 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да са оборудвани със система за следене и контрол на натрия в плазмата.. Участникът е посочил наличие на съответствие с това изискване, **но в представения официален материал за доказване на съответствието с това изискване се открива информация за профилиране на натрия, което е заложено изискване в т. 11 от спецификацията на Възложителя, а не е в съответствие с изискването на т. 22 за контрол на натрия в плазмата.**

4. В т. 26 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да притежават блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. **Участникът не е представил данни в потвърждение на изискването за блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.**

5. В т. 29 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да имат автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат с възможност за включване от лицевата част на апарата

Участникът не е представил доказателства за наличието на възможност за провеждане на автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат с възможност за включване от лицевата част на апарата.

Предвид гореизложеното комисията единодушно

РЕШИ:

I. На основание чл.107, т.2 буква „а” от ЗОП, предлага на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДА ОТСРАНИ** от по-нататъшно участие в публичното състезание участника „Марвена Диагностика” ЕООД гр.София, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и възложителя, а именно: **констатирани несъответствия на предлаганата от участника медицинска апаратура с техническите изисквания на възложителя:**

МОТИВИ:

В т. 5 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да са оборудвани с централна спирачка с възможност за блокиране на всички колелета на апарата с едно движение, но в предлаганият официален материал за доказване на съответствието с това изискване, се установява, **че предлаганият апарат не разполага с централна спирачка на ходовата част, като от приложения материал става ясно, че се касае за отделни спирачки на всяко от колелата.**

В т. 17 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да могат да изобразяват и преизчисляват ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. В представените от Участника доказателства липсват данни в потвърждение на изискването за възможността за

преизчисляване на ефективния кръвен поток, когато се използват различни сегменти на кръвната линия.

В т. 22 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да са оборудвани със система за следене и контрол на натрия в плазмата.. Участникът е посочил наличие на съответствие с това изискване, но в представения официален материал за доказване на съответствието с това изискване се открива информация за профилиране на натрия, което е заложено изискване в т. 11 от спецификацията на Възложителя, а не е в съответствие с изискването на т. 22 за контрол на натрия в плазмата.

В т. 26 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да притежават блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. Участникът не е представил данни в потвърждение на изискването за блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.

В т. 29 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да имат автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат с възможност за включване от лицевата част на апарата. Участникът не е представил доказателства за наличието на възможност за провеждане на автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат с възможност за включване от лицевата част на апарата.

II. Техническото предложение на участникът „Марвена Диагностика“ЕООД гр.София **НЕ ОТГОВАРЯ** на изискванията на ЗОП и Възложителя и Комисията няма да отвори и разгледа ценовото му предложение на следващото заседание насрочено за 20.03.2019г от 10 часа в Заседателната зала на „МБАЛ – Търговище“ АД.

Председател: *M.*

*Заклучено на
основание чл. 2
от ЗЗЛА,
т. 5 от
всё време е
чл. 42, ал. 5 от ЗОП*