

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ” АД
гр. Търговище, кв. “Запад” тел. 0601 6 88 88, факс 6 48 64

e-mail: mba1 trg@mail.bg



Изх. № 28-00-177/19.03.2015 г.

Във връзка с открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория”, получено запитване и на основание чл. 29, ал.1 от Закона за обществените поръчки даваме следните разяснения:

1. В документацията е посочено изискване за представяне на документи от производителя на апаратурата, удостоверяващ това, че оферираните продукти са оригинални за съответните апарати или предоставяне на декларация за съвместимост от производителя, чиито реактиви не са оригинални за съответната апаратура, но съвместими с нея. Тези документи ще служат за оценка качество и съвместимост, която се включва към комплексната оценка за крайно класиране.

Ако за една позиция участват двама кандидата, единия с оригинални реактиви, а другия със съвместими, то и двата кандидата се оценяват по един и същ начин, т.е. този с оригиналните реактиви не получава преимущество.

2. Допуска се реактивите по обособени позиции №1 и №2 да бъдат оферирани от различни производители от един участник в процедурата.

ИЗП. ДИРЕКТОР :
Д-Р ИВАН СВЕТИЦКОВ/

